

RAPPORTO DI TARATURA WSD10MiGG

Analisi eseguita per comparazione con sonda campione PT100, collegata a strumento
"Temperature Analyzer RP7000" matricola 143-0
sotto controllo di calibrazione ACCREDIA (Certificato LAT 139 162/2013 del 16/12/2013 validità 36 mesi)

Camera Climatica: marca Angelantoni mod. DY110C sn. 62203

Data 11/11/2016

Operatore antonella.laina

Temperatura Ambiente [°C] 26

Umidità Relativa [%] 61

Report 287493

Part Number WSD10MiGG

Serial Number 16N0BF

MAC Address MAC 00 00 61 3A

Temperatura di riferimento [°C]	Temperatura rilevata [°C]	Tolleranza ammessa [°C]	Errore [°C]
24,088	24,13	±0.250	0,042
-0,611	-0,62	±0.250	-0,009
-26,164	-26,19	±0.250	-0,026

ESITO

Si evidenzia che l'errore riscontrato è minore della tolleranza ammessa dichiarata in tutti i punti di test, per tutti gli apparati in verifica.

Responsabile controllo

Data 11/11/2016

Firma Paolo Fenoglio

CAPETTI ELETTRONICA s.r.l. - Strada Rainero Stratta, 57
10090 CASTIGLIONE TORINESE - TORINO - ITALIA
P.I. 04837130014 - Tel. 011.981.98.11 - Fax 011.981.98.210
email: info@capetti.it - web: www.capetti.it

